GOSSEN

dataTec
Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

Unterschiede zwischen MAVOSPEC LITE und MAVOSPEC BASE

Messgröße / Messgerät	MAVOSPEC LITE	MAVOSPEC BASE
Beleuchtungsstärke E [lx]	■	■
Bestrahlungsstärke Ee		■
Luminous Efficacy Ratio - LER		■
Spektrale Leistungsverteilung [mW/m²/nm]	■	■
Farbort, Farbkoordinaten x,y [CIE 1931]	■	■
Farbort, Farbkoordinaten u,v [CIE 1960]	■	■
Farbort, Farbkoordinaten u‘,v‘ [CIE 1976]	■	■
Farbtemperatur [K] – CCT	■	■
Farbtemperaturdifferenz zu Planck Duv	■	■
Farbwiedergabeindex Ra, Re, R1…R15 – CRI	■	■
Gamut Area Index - GAI	■	■
Farbwiedergabe IES TM-30 Rf, Rg		■
Dominante Wellenlänge		■
Farbreinheit		■
Flicker Index, %, Frequenz, Scope, IEEE 1798		■
Peakwellenlänge		■
Referenzmodus		■
PPFD [µmol/m²s], UV, Blau, Grün, Rot, FR		■
TLCI		■
Auswertung	Excel Template	Excel Template
Datenlogger	Excel Template	Excel Template
Transportkoffer aus Aluminium		■

■ - Funktions- / Lieferumfang

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. dataTec 19-11-2021 | © Gossen Photo: Unterschiede_Mavospec_Lite_Base | 11/2021

Wir haben die Lösungen für Ihre Mess-aufgaben.

dataTec

Mess- und Prüftechnik. Die Experten.

Ihre Vorteile:

- > Diplom-Ingenieure, Elektronik- und Elektrotechniker
- > Langjährige Praxiserfahrung und hohe Kompetenz
- > Bundesweit über 20 praxis-erfahrene und herstellerzertifizierte Vertriebsingenieure im Außendienst bei Ihnen vor Ort

Experten für:

- > Oszilloskope
- > Spektrum- / Netzwerkanalysatoren
- > Netzgeräte / Stromversorgungen
- > Thermografie / Temperatur
- > Prüfgeräte VDE / Netzanalyse
- > u. v. m.

Technische Beratung und Service.

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter **+49 7121 / 51 50 50** oder über **info@datatec.eu**